

## 2026年1月实验室安全检查和隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1005)	孙汉巨	 <p style="text-align: center;">灭火器年限老旧</p>	已整改	 <p style="text-align: center;">已更换新灭火器</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1003)	章建国	 <p style="text-align: center;">丙酮置放在敞开药品柜</p>	已整改	 <p style="text-align: center;">放置于双人双锁试剂柜</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1213)	谢周令	 <p style="text-align: center;">电吹风实验结束后未拔电源插头</p>	已整改	 <p style="text-align: center;">实验结束后及时断电</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1205)	李宜明	 <p style="text-align: center;">废液桶堆叠</p>	已整改	 <p style="text-align: center;">整理废液桶，及时回收废液</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1103)</p>	<p>杨柳</p>	 <p>HONOR Magic4 2700 61.8 11700 50400</p> <p>实验样品缺乏有效标识</p>	<p>已整改</p>  <p>增加有效标识</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 727 西)</p>	<p>朱元元</p>	    <p>试验台面杂乱，管控类药品放置在试验台上，气瓶旁边堆满杂物，接线板串接</p>	<p>已整改</p>     <p>试验台面已整理，管控类药品已按要求放置，清理气瓶旁边杂物，整理接线板</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 425)</p>	<p>张大伟</p>	 <p>旧版信息牌没有更新</p>	<p>已整改</p>	 <p>已更新新版信息牌</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 635)</p>	<p>汪瑾</p>	 <p>观察窗被阻挡</p>	<p>已整改</p>	 <p>已移除观察窗阻挡物</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 702)</p>	<p>程岚军</p>	 <p>急救药箱缺少急救物资</p>	<p>已整改</p>	 <p>已补充药箱里急救物资</p>
<p>化学与化工学院 (综合楼 524)</p>	<p>刘超</p>	 <p>饮料瓶没撕标签，配电箱没有盖板</p>	<p>已整改</p>	 <p>移除饮料瓶，配电箱安装盖板</p>

<p>工业与装备技术研究院 (斛兵楼 403)</p>	<p>胡颖</p>	 <p>插线板串接, 置地</p>	<p>已整改</p>  <p>已有效固定和整理插线板</p>
<p>资源与环境工程学院(纬 地楼 主 318)</p>	<p>汪方跃</p>	 <p>急救药箱中的药品已过期</p>	<p>已整改</p>  <p>更新急救药箱中的药品</p>
<p>资源与环境工程学院(纬 地楼 主 318)</p>	<p>汪方跃</p>	 <p>试剂桶未张贴品名标签</p>	<p>已整改</p>  <p>试剂桶张贴品名标签</p>
<p>资源与环境工程学院(纬 地楼主 317-1)</p>	<p>顾海欧</p>	 <p>试剂桶未张贴品名标签, 敞口放置</p>	<p>已整改</p>  <p>试剂桶张贴品名标签, 盖上盖子</p>

<p>材料科学与工程学院(材料楼 808)</p>	<p>陈翌庆</p>	 <p>插排直接置于地面；实验室杂乱</p>	<p>已整改</p>  <p>插排不直接置于地面，及时整理实验室</p>
<p>材料科学与工程学院(材料楼 N214)</p>	<p>蒋阳</p>	 <p>气瓶管道连接不严谨</p>	<p>已整改</p>  <p>采用卡套连接</p>
<p>材料科学与工程学院(材料楼 N8(1))</p>	<p>苏海林</p>	 <p>配电箱被遮挡；堆放大量易燃物； (共性问题)</p>	<p>已整改</p>  <p>清理配电箱前遮挡物；及时清理易燃物</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 710)</p>	<p>徐光青</p>	 <p>配电箱附近堆放大量易燃物, 气体管道密封不规范</p>	<p>已整改</p>	 <p>已移除配电箱附近物体, 气体管道已规范密封</p>
<p>土木与水利工程学院(建筑结构实验室结构大厅)</p>	<p>武学周</p>	 <p>消防设施被物体遮挡</p>	<p>已整改</p>	 <p>移开遮挡物</p>
<p>土木与水利工程学院(建筑结构实验室建材 206)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>实验室内的垃圾未及时清除</p>	<p>已整改</p>	 <p>及时清理实验室内的垃圾, 保持实验室卫生</p>
<p>土木与水利工程学院(建筑结构实验室建材 206)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>配电箱被物体遮挡</p>	<p>已整改</p>	 <p>移开遮挡物</p>