

## 2026年3月实验室安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1105)	肖桂然	 试剂瓶无标签	已整改	 试剂瓶上张贴标签
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318)	汪方跃	 激光设备区域内未张贴警告标识	已整改	 激光设备区域内张贴警告标识
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 101)	赵卫平	 实验室桌面物品摆放杂乱	已整改	 实验室桌面物品整齐有序摆放
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 101)	赵卫平	 实验物品使用完毕后未归位，实验室卫生脏乱	已整改	 保持干净卫生的实验室环境，使用完的物品及时归位
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 208)	赵卫平	 配电箱下面摆放纸箱	已整改	 已搬移纸箱

<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 104)</p>	<p>马孟超</p>	 <p>水池里面堆放物品</p>	<p>已整改</p>	 <p>移除水池里面的物品</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 417)</p>	<p>侯小华</p>	 <p>接线板置于地面</p>	<p>已整改</p>	 <p>已固定接线板</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 423)</p>	<p>张大伟</p>	 <p>危险化学品台账没有更新</p>	<p>已整改</p>	 <p>已更新危险化学品台账</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 520)</p>	<p>魏凤玉</p>	 <p>试剂瓶无标签，配电箱没有盖板</p>	<p>已整改</p>	 <p>试剂瓶已张贴标签，配电箱装上盖板</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 511)</p>	<p>姚路路</p>	 <p>接线板已破损</p>	<p>已整改</p>	 <p>已更换接线板</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 531)</p>	<p>刘超</p>	 <p>管控类化学品未按要求存放，试剂溶液没有标签</p>	<p>已整改</p>  <p>管控类化学品已按要求存放，试剂溶液张贴标签</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 533 东)</p>	<p>史成武</p>	 <p>管控类化学品未按要求存放</p>	<p>已整改</p>  <p>管控类化学品已按要求存放</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N7(1))</p>	<p>徐光青</p>	 <p>钢气瓶未有效固定</p>	<p>已整改</p>  <p>已有效固定钢气瓶</p>

<p>机械工程学院 (格物楼 116)</p>	<p>樊文胜</p>	 <p>插线板直接置于地面</p>	<p>已整改</p>  <p>插线板不置于地面</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 905)</p>	<p>项宏发</p>	  <p>插线板直接置于地面，钢气瓶未有效固定</p>	<p>已整改</p>   <p>插线板不置于地面，已固定钢气瓶</p>