

2026 年 7 月实验室安全检查

地点	负责人	隐患描述
管理学院 (科技楼 913 室)	李霄剑	 实验室房门未按规定装设观察窗
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 210)	赵卫平	 高温设备上面摆放纸质台帐本
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 718)	周跃飞	 观察窗被部分遮挡
电气与自动化工程学院 (高压楼 603)	李科杰	 插线板置地，且地面电源线杂乱缠绕堆放

电气与自动化工程学院 (高压楼 602)	李科杰	 配电箱下面存储纸箱（易燃物）
化学与化工学院 (升华楼 443)	冉瑾	 信息牌信息没有更新，配电箱下面放置易燃物和气瓶
微电子学院 (翡翠科教楼 D206)	刘波	 多种气体混放
电气与自动化工程学院 (科教楼 B204)	戴雷	 观察窗被遮挡，实验室分级没有变更（共性问题）

食品与生物工程学院 (一号实验楼 210)	黄胜雄	 试剂没有标签
资源与环境工程学院 (斛兵楼 202)	陈星	 气瓶无状态牌
材料科学与工程学院 (斛兵楼 108)	胡章贵	 气瓶在配电箱下面
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 一氧化碳气瓶未固定
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 插线板串接，插线板置于地面


化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 管控类化学品（丙酮）未按照要求存放
化学与化工学院 (升华楼 623)	吴雪平	 小标气瓶未固定
化学与化工学院 (升华楼 429)	孙敏	 矿泉水瓶未撕掉原标签
化学与化工学院 (升华楼 429)	孙敏	 配电箱紧邻马弗炉
化学与化工学院 (升华楼 308)	薛敬哲	 管控类危化品（丙酮）未按要求存放

化学与化工学院 (升华楼 308)	薛敬哲	 配电箱下存放易燃物（纸箱）
化学与化工学院 (升华楼 310)	薛敬哲	 化学试剂叠放
化学与化工学院 (升华楼 314)	谢建晖	 实验室内存放矿泉水
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构大厅)	武学周	 接线板串接且放置在地面，废固没有清理

材料科学与工程学院 (材料楼 501-外)	王岩	气体管道连接不规范，管控类化学品未按规定储存，气瓶未有效固定
电气与自动化工程学院 (高压楼大厅组合波旁边区域)	文韬	插线板置地
电气与自动化工程学院 (高压楼 508)	文韬	管控类化学品未按规定储存

材料科学与工程学院 (材料楼 N301)	陈雷	 观察窗被遮挡
材料科学与工程学院 (材料楼 N213)	蒋阳	 气瓶未固定
材料科学与工程学院 (材料楼 N208)	徐晨曦	 管控类化学品未按要求储存
材料科学与工程学院 (材料楼 N207)	付健	 观察窗被遮挡
材料科学与工程学院 (材料楼 N108)	罗来马	 气瓶未固定

材料科学与工程学院 (材料楼 N105)	朱继平	 气瓶未有效固定
材料科学与工程学院 (材料楼 907)	宋晓辉	 吹风机未及时拔出，危化品暂存柜钥匙未拔出
材料科学与工程学院 (材料楼 906)	罗派峰	 气体管道连接不紧密
材料科学与工程学院 (材料楼 710)	徐光青	 气体连接不规范

材料科学与工程学院 (材料楼 515)	罗派峰	 插线板置地
材料科学与工程学院 (材料楼 505)	罗来马	   插线板置地，废弃物暂存区不规范，化学品混放
材料科学与工程学院 (材料楼 109)	罗来马	 实验室杂乱

材料科学与工程学院 (材料楼 107)	刘大双	 实验室内摆放行军床，气体管道连接不紧密
材料科学与工程学院 (材料楼 106)	杨新宇	 水龙头漏水
材料科学与工程学院 (材料楼 102)	杨新宇	 灭火器位置放置不合理