2025 年 9 月安全检查

地点	负责人	隐患描述
化学与化工学院 (升华楼 719)	晋冠平	钢气瓶未固定且缺少标识
化学与化工学院 (升华楼 725 东)	郑正	碱液存储容器严重老化,存在泄露风险;且放置位 置临近出入口,存在人身安全隐患
化学与化工学院 (升华楼 710)	付明臣	废液存放无废液防渗漏设施

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	周跃飞	安全防护用品过期,废液防渗漏托盘面积过小且未悬挂废液区域标识
土木与水利工程学院 (土木楼 201A)	王文静	钢气瓶未固定
化学与化工学院 (升华楼 319 西)	李冰	在实验室实验未穿防护服

化学与化工学院 (升华楼 319 东)	何建波	废弃物暂存区没有警示标识且没有防渗漏设施
化学与化工学院 (升华楼 306)	秦海利	通风厨和实验室摆放杂乱
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1109)	李宜明	插线板直接放在地上且未作固定
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1217)	王峰	实验室安全信息牌分类、防火措施、灭火要点等信息未勾选

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1213)	谢周令	实验室安全信息牌分级分类未勾选,楼宇名称、所属单位、实验室等存在空白项
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	许华建	1203 1203
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	许华建	实验室内多个钢气瓶未固定
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1211)	肖华	实验室安全信息牌分级分类未勾选,物业电话、楼宇名称、所属单位等存在空白项

电气与自动化工程学院 (高压楼 602)	李科杰	新版实验室安全信息牌的信息未填写完整
电气与自动化工程学院 (高压楼 603)	李科杰	插线板置于地面
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室结构大厅)	武学周	消防设施门被障碍物阻挡