



2025 年 3 月安全检查

单位（地点）	负责人	隐患描述
数学学院 (翡翠科教楼 1507)	王青山	 实验室观察窗被遮挡
计算机与信息学院 (人工智能学院) (翡翠科教楼 C501)	方宝富	 未更新新版实验室信息牌
微电子学院 (翡翠科教楼 D 楼 D204-1)	刘士兴	 实验室器物摆放杂乱，环境卫生差
微电子学院 (翡翠科教楼 D206)	刘波	 实验室气体钢瓶未固定

材料科学与工程学院 (材料楼 N301)	陈雷	 实验室观察窗被遮挡
材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 插线板未有效固定
材料科学与工程学院 (材料楼 905)	项宏发	 气体钢瓶无状态牌
材料科学与工程学院 (材料楼 S101)	刘爱军	 插线板置于地面
材料科学与工程学院 (材料楼 S101)	刘爱军	 气体钢瓶未有效固定

电气与自动化工程学院 (电学平房电学平房 5)	徐晨曦	 未更新新版实验室信息牌
汽车与交通工程学院 (格物楼 111 北)	黄鹤	 实验室卫生脏乱差
机械工程学院 (格物楼 719)	方应翠	 插线板置于地面
机械工程学院 (格物楼 702)	方应翠	 插线板未固定
仪器科学与光电工程学院 (科技楼 104)	马孟超	 化学试剂无品名标签

食品与生物工程学院 (宣城校区化工楼 112)	商亚芳	 未更新新版实验室信息牌
资源与环境工程学院 (宣城校区生化楼 106)	邓锐	 未更新新版实验室信息牌
化学与化工学院 (宣城校区化工楼 113)	杨曦	 未更新新版实验室信息牌
材料科学与工程学院 (宣城校区化工楼 313)	陈妍	 未更新新版实验室信息牌
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	周跃飞	 量桶破损，未及时更换

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	周跃飞	 进出门通道被杂物堵住
----------------------------------	------------	---