


2026年3月实验室安全检查

单位（地点）	负责人	隐患描述
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1105)	肖桂然	 <p style="text-align: center;">试剂瓶无标签</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318)	汪方跃	 <p style="text-align: center;">激光设备区域内未张贴警告标识</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 101)	赵卫平	 <p style="text-align: center;">实验室桌面物品摆放杂乱</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 101)	赵卫平	 <p style="text-align: center;">实验物品使用完毕后未归位，实验室卫生脏乱</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 208)	赵卫平	 <p style="text-align: center;">配电箱下面摆放纸箱</p>

<p>仪器科学与光电工程学院 (科技楼 104)</p>	<p>马孟超</p>	 <p>水池里面堆放物品</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 417)</p>	<p>侯小华</p>	 <p>接线板置于地面</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 423)</p>	<p>张大伟</p>	 <p>危险化学品台账没有更新</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 520)</p>	<p>魏凤玉</p>	 <p>试剂瓶无标签，配电箱没有盖板</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 511)</p>	<p>姚路路</p>	 <p>接线板已破损</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 531)</p>	<p>刘超</p>	 <p>管控类化学品未按要求存放，试剂溶液没有标签</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 533 东)</p>	<p>史成武</p>	 <p>管控类化学品未按要求存放</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N7(1))</p>	<p>徐光青</p>	 <p>钢瓶未有效固定</p>
<p>机械工程学院 (格物楼 116)</p>	<p>樊文胜</p>	 <p>插线板直接置于地面</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 905)</p>	<p>项宏发</p>	 <p>插线板直接置于地面，钢瓶未有效固定</p>