

2025 年 5 月安全检查

单位（地点）	负责人	隐患描述
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 112)	朱承驻	 废液桶无废液标签
化学与化工学院 (升华楼 423)	张大伟	 试剂瓶叠放
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 钢气瓶无状态牌
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 配制试剂无品名标签

资源与环境工程学院 (纬地楼 主 111)	周跃飞	 试剂瓶叠放
汽车与交通工程学院 (格物楼 107)	卫将军	 实验室安全信息牌未标注对应的实验室安全等级
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1302)	吕梅	 配电箱无盖板
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1302)	吕梅	 废弃物暂存区无标识
仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1306)	倪凡	 配备试剂无品名标签

仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1306)	倪凡	 废弃物暂存区无标识
电气与自动化工程学院 (电学平房电学平房 5)	徐晨曦	 实验台桌面杂乱
材料科学与工程学院 (材料楼 S3(1))	王岩	 试剂瓶叠放
材料科学与工程学院 (材料楼 509)	吕珺	 废弃物暂存区无标识
材料科学与工程学院 (材料楼 513)	陈雷	 废液桶敞口放置，废弃物暂存区无标识

材料科学与工程学院 (材料楼 512)	闫健	 废液桶无废液标签
仪器科学与光电工程学院 (科技楼 112)	潘巧生	 插线板未固定
食品与生物工程学院 (食品学科楼 309)	韩卓	 实验室安全信息牌分级信息与系统不符
食品与生物工程学院 (食品学科楼 402)	谢周令	 实验室安全信息牌未更新
食品与生物工程学院 (食品学科楼 405)	王淮	 实验室安全信息牌分级信息与系统不符

食品与生物工程学院 (食品学科楼 407)	王峰	 实验室安全信息牌未更新
食品与生物工程学院 (食品学科楼 411)	杨静文	 实验室安全信息牌信息填写不完整
食品与生物工程学院 (食品学科楼 509)	查学强	 实验室信息牌未更新
食品与生物工程学院 (食品学科楼 603)	罗建平	 实验室冰箱后存放易燃杂物
食品与生物工程学院 (食品学科楼 606)	刘长虹	 实验室安全信息牌信息填写不完整

食品与生物工程学院 (食品学科楼 612)	陈伟	 实验室安全信息牌未更新
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1003)	魏兆军	 实验室安全信息牌分级信息与系统不符
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	许华建	 通风橱内存放过多试剂
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1205)	李宜明	 实验室内环境卫生差
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1211)	肖华	 通风橱内存放过多试剂

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1211)	肖华	 实验室内环境卫生差
电气与自动化工程学院 (逸夫科教楼 917)	胡亮亮	 未更新实验室安全信息牌
电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	还献华	 废液桶敞口放置
电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	还献华	 试剂瓶叠放