

2024 年 11 月安全检查

单位（地点）	负责人	隐患描述
物理学院 (4 号实验楼 110)	朱志峰	 实验室电源线没有固定
机械工程学院 (机械楼 116)	王玉琳	 废弃物暂存区无标识，废液无防渗漏托盘
机械工程学院 (机械楼 116)	王玉琳	 灭火器压力异常
材料科学与工程学院 (材料楼 N215)	蒋阳	 气瓶无状态牌

材料科学与工程学院 (材料楼 N203)	汤文明	 电吹风用毕未及时拔除电源
材料科学与工程学院 (材料楼 N203)	汤文明	 气瓶柜未通电工作
材料科学与工程学院 (材料楼 N206)	洪涛	 气瓶无状态牌
材料科学与工程学院 (材料楼 N105)	朱继平	 使用老国标插线板

土木与水利工程学院 (土木楼 110)	王文静	排风扇损坏
--------------------------------	------------	---

资源与环境工程学院
(纬地楼 主 217)

陈冬



插线板未固定