



2026年2月实验室隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
电气与自动化工程学院 高压楼 509 西		  <p style="text-align: center;">气瓶没有固定，试剂瓶没有标签</p>	已整改	  <p style="text-align: center;">已固定气瓶，试剂瓶贴上标签</p>
仪器科学与工程学院 (逸夫楼 1308) (共性问题)	王晓鸿	 <p style="text-align: center;">观察窗被遮挡</p>	已整改	 <p style="text-align: center;">已清除遮挡物</p>
仪器科学与工程学院 (逸夫楼 1307)	胡雪峰	 <p style="text-align: center;">观察窗被遮挡</p>	已整改	 <p style="text-align: center;">已清除遮挡物</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 902)</p>	<p>杜晓东</p>	 <p>易燃类化学品未按规定存放且放置在高温设备旁边</p>	<p>已整改</p>	 <p>易燃类化学品已搬离高温设备, 并按规定存放</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 905)</p>	<p>项宏发</p>	 <p>气瓶没有固定且气瓶放置在高温设备旁边</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶已搬离高温设备</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 907)</p>	<p>宋晓辉</p>	 <p>插线板接地, 电吹风用完没拔, 废液区没有标识, 实验室没人值守</p>	<p>已整改</p>	 <p>插线板已整理, 电吹风已拔, 废液已搬至安全区</p>

<p>材料科学与工程学院 (材料楼 909)</p>	<p>刘节华</p>	 <p>气瓶没有固定，实验室杂乱</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶已固定，实验室收拾整洁</p>
<p>材料科学与工程学院 (校图书馆材料分馆)</p>	<p>张勇、 孙建等</p>	 <p>气瓶没有固定且在高温设备旁</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶已移至远离高温设备处</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼 N513)</p>	<p>陈雷</p>	 <p>电吹风用完未拔，危险药品未按要求存放，实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>	 <p>电吹风已拔，危险药品已按要求存放</p>
<p>材料科学与工程学院 (先进功能材料与器件) (材料楼 S202)</p>	<p>黄志梅</p>	 <p>气瓶未固定且实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>	 <p>气瓶已固定</p>


<p>材料科学与工程学院 (材料楼 S2 (2))</p>	<p>夏永红</p>	 <p>信息牌未更新</p>	<p>已整改</p>	 <p>更换新版信息牌</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼北 N2 (2))</p>	<p>张勇</p>	 <p>配电箱没有盖板</p>	<p>已整改</p>	 <p>已加上盖板</p>
<p>材料科学与工程学院 (材料楼北 N214)</p>	<p>蒋阳</p>	 <p>观察窗被遮挡</p>	<p>已整改</p>	 <p>已清除遮挡物</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 712)</p>	<p>夏磊</p>	 <p>管制类化学品未按要求管理，实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>	 <p>管控类药品已按要求存放</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 607、602)</p>		 <p>信息牌信息不完整（共性问题）</p>	<p>已整改</p>	 <p>全信息牌已补充信息</p>


<p>化学与化工学院 (升华楼 635)</p>	<p>汪瑾</p>	 <p>观察窗被阻挡，水龙头滴漏</p>	<p>已整改</p>	 <p>已清除观察窗遮挡物，水龙头已维修</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 6 楼)</p>		 <p>紧急喷淋没有检查记录</p>	<p>已整改</p>	 <p>喷淋设备已做巡检并记录</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 406)</p>	<p>刘玉</p>	 <p>管控类化学品放置在敞开的试剂柜中，实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>	 <p>管控类化学品已按要求存放</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 404)</p>	<p>任凤梅</p>	 <p>管控类化学品放置在敞开的试剂柜中，实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>	 <p>管控类化学品已按要求存放</p>


<p>化学与化工学院 (升华楼 311)</p>	<p>郑亚荣</p>	 <p>管控类化学品放置在敞开的试剂柜中，实验室无人值守</p>	<p>已整改</p>	 <p>管控类化学品已按要求存放</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 314)</p>	<p>谢建晖</p>	 <p>未更换新版信息牌</p>	<p>已整改</p>	 <p>更换新版信息牌</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 306)</p>	<p>秦海利</p>	 <p>电吹风用完没有拔，管控类药品未按要求管理</p>	<p>已整改</p>	 <p>电吹风等电器用完已及时收纳，管控类药品已按要求存放</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1010)</p>	<p>徐毅</p>	 <p>实验室观察窗被遮挡</p>	<p>已整改</p>	 <p>移开观察窗上的遮挡物</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 606)</p>	<p>刘长虹</p>	 <p>插线板悬空放置</p>	<p>已整改</p>	 <p>有效固定插线板</p>
		 <p>气体钢瓶未有效固定</p>	<p>已整改</p>	 <p>有效固定气体钢瓶</p>
		 <p>管控类化学品浓盐酸未按照要求存放</p>	<p>已整改</p>	 <p>按规定存放 (双人双锁)</p>

食品与生物工程学院 (食品学科楼 705)	袁传勋	 <p>使用老国标插线板</p>	已整改	 <p>老国标插线板已移除</p>
		 <p>插线板置于地面</p>	已整改	 <p>有效固定电源插座，不宜直接置于地面</p>
		 <p>用矿泉水瓶存放试剂</p>	已整改	 <p>已移除矿泉水瓶</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1005)	孙汉巨	 <p>信息牌信息填写不完整</p>	已整改	 <p>将实验室信息牌上面的信息补充完整</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1009)</p>	<p>苏梦可</p>	 <p>信息牌信息填写不完整</p>	<p>已整改</p>	 <p>将信息牌上面的信息补充完整</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1111)</p>	<p>许华建</p>	  <p>使用老国标插线板</p>	<p>已整改</p>	 <p>老国标插线板已移除</p>
		 <p>电吹风使用完毕后未及时拔出电源插头</p>	<p>已整改</p>	 <p>拔出电吹风电源插头，合理存放</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1107)</p>	<p>周贤轩</p>	 <p>管控类化学品试剂柜的锁具已失去防护作用，形同虚设</p>	<p>已整改</p>	 <p>使用具有防盗功能的锁具</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1103)</p>	<p>杨柳</p>	 <p>实验室台面物品摆放杂乱</p>	<p>已整改</p>	 <p>保持实验台面整洁卫生</p>
		 <p>酒精灯旁摆放打火机</p>	<p>已整改</p>	 <p>打火机远离酒精灯</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)</p>	<p>许华建</p>	 <p>插线板置地，使用老国标插线板</p>  <p>电吹风使用完毕后，未及时拔除电源插头</p>	<p>已整改</p>	 <p>有效固定电源插座，更换插线板，使用新国标</p>  <p>实验完毕后，拔出电吹风电源插头</p>

<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1209)</p>	<p>陶伟</p>	 <p>插线板未有效固定，使用老国标插线板</p>	<p>已整改</p>	 <p>有效固定电源插座，使用新国标插线板</p>
<p>食品与生物工程学院 (食品学科楼 1209)</p>	<p>陶伟</p>	 <p>管控类化学品（丙酮）未按照要求存放</p>	<p>已整改</p>	 <p>按照要求合理存放（双人双锁）</p>
		 <p>试剂无品名标签</p>	<p>已整改</p>	 <p>张贴试剂品名标签</p>