


2024年6月实验室安全检查

地点	负责人	隐患描述
食品与生物工程学院 (化工楼 303-1)	张旻	 管控类化学品无动态台账
土木与水利工程学院 (土木楼 205)	王文静	 试剂瓶叠放
土木与水利工程学院 (土木楼 205)	王文静	 钢气瓶无状态牌

土木与水利工程学院 (土木楼 203)	王文静	 试剂瓶叠放
土木与水利工程学院 (土木楼 103)	王文静	 试剂瓶叠放
土木与水利工程学院 (土木楼 107B)	陈清	 门锁故障，实验室门无法从室内打开
土木与水利工程学院 (纬地楼东附楼 103)	赵卫平	 灭火器等消防设施缺失

土木与水利工程学院 (纬地楼东附楼 206)	赵卫平	 灭火器等消防设施缺失
土木与水利工程学院 (纬地楼东附楼 210)	赵卫平	 灭火器等消防设施缺失
土木与水利工程学院 (纬地楼东附楼 210)	赵卫平	 钢气瓶无状态牌
仪器科学与光电工程 学院(西教学楼 504)	王桂强	 紧急喷淋和洗眼器无法正常工作

仪器科学与光电工程 学院(西教学楼 504)	王桂强	 插线板未固定
仪器科学与光电工程 学院(逸夫科教楼 1306)	倪凡	 加热设备离配电箱太近
仪器科学与光电工程 学院(逸夫科教楼 1302)	倪凡	 化学试剂无品名标签
建筑与艺术学院(建筑 与艺术馆 022)	饶永	 信息牌掉落

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1007)	汪惠丽	 实验室用电不规范
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1007)	汪惠丽	 气体状态标识与使用状态不符
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1205)	李宜明	 通风橱内存放过多药品
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	徐俊	 实验室防护服太脏

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1203)	徐俊	 实验室通风橱内存放太多物品
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1105)	肖桂然	 实验室防护服存放不规范
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1105)	肖桂然	 实验室内存放饮食