


2024年5月实验室安全检查


单位（地点）	负责人	隐患描述
化学与化工学院 (化学化工楼 503)	郭福领	 实验室信息记录不完整
化学与化工学院 (化学化工楼 408)	周红洋	 水龙头上未配备洗眼器
化学与化工学院 (化学化工楼 408)	周红洋	 锁具不符合防盗要求

化学与化工学院 (化学化工楼 403)	王艳青	 冰箱内储存药品繁多，缺少药品清单
资源与环境工程学院 (纬地楼 主111)	谢巧勤	 插线板老国标
资源与环境工程学院 (纬地楼 主111)	谢巧勤	 呼吸器或面罩在不用时未密封放置
资源与环境工程学院 (纬地楼 主516)	陈天虎	 急救药品过期和不足

资源与环境工程学院 (纬地楼 主516)	陈天虎	 插线板老国标
资源与环境工程学院 (纬地楼主 716)	韦林	 插线板老国标
微电子学院 (翡翠科教楼 D 楼D204)	刘士兴 涂 昊	 实验室环境卫生状况差
化学与化工学院 (升华楼 319 东)	何建波	 管控类化学品未按规定存放

化学与化工学院 (升华楼 623)	张先龙	 1、实验室内钢气瓶超量存 2、被标红的钢气瓶未固定
化学与化工学院 (升华楼 623)	张先龙	 插线板置于地面
化学与化工学院 (升华楼 635)	汪瑾	 实验室观察窗被遮挡
化学与化工学院 (升华楼 727)	朱元元	 实验室卫生状况差

化学与化工学院 (升华楼 710)	付明臣	 易制毒化学品未按规定存放、无动态台账
化学与化工学院 (升华楼 719)	晋冠平	 废弃物暂存区无标识
化学与化工学院 (升华楼 707 西)	李明明	 钢气瓶未固定
化学与化工学院 (升华楼 707 西)	李明明	 加热设备无操作规程

化学与化工学院 (升华楼 705 东)	朱成峰	 管制类化学品未按规定存放
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 管制类化学品未按规定存放
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 化学试剂无品名标签