


2026 年 9 月实验室安全检查

2026 年 9 月，实验室建设与设备管理处在校级巡查中发现微电子学院、化学与化工学院、电气与自动化工程学院、资源与环境工程学院、仪器科学与光电工程学院、食品与生物工程学院、材料科学与工程学院实验室存在安全隐患，现将检查结果通报如下：

本次检查共发现隐患 30 个，主要存在问题：1、气瓶没有按要求管理 2、管控类化学品没按照规定存储 3、电气类设施设备没有按要求管理 4、实验室运行期间无人值守等等，具体情况见下表：

地点	负责人	隐患描述
微电子学院 (翡翠科教楼 D206)	刘波	 有害气体混放且存在反应可能
微电子学院 (翡翠科教楼 D206)	刘波	 氧气与可燃性气体混放
微电子学院 (4 号实验楼 109-3)	王燕	  易制毒化学品未收纳入专用储存柜


食品与生物工程学院 (食品学科楼 403)	王淮	 观察窗被遮挡
食品与生物工程学院 (食品学科楼 410)	查正宝	 实验区存在生活用品
食品与生物工程学院 (食品学科楼 509)	查学强	 废液区缺乏标识
食品与生物工程学院 (食品学科楼 606)	刘长虹	 气瓶未固定、未悬挂气瓶使用状态标识

食品与生物工程学院 (食品学科楼 607)	刘长虹	 废液区缺少标识
----------------------------------	------------	---

材料科学与工程学院 (材料楼 501-外)	王岩	 气瓶放置在易晒地方
材料科学与工程学院 (材料楼 N203)	汤文明	 管控类化学品未按规定储存
电气与自动化工程学院 (高压楼 608)	李科杰	 接线板置地
材料科学与工程学院 (西教学楼 404)	崔接武	 吹风机未及时拔出，气瓶未有效固定

材料科学与工程学院 (西教学楼 405)	李先芬	   吹风机未及时拔出，试剂无标签，存储多种危险化学品（苦味酸、硝酸）
---------------------------------	------------	--

仪器科学与光电工程学院 (西教学楼 408)	张俊喜	管控类化学品未规范储存，矿泉水未撕标签，危化品储存柜未上锁
化学与化工学院 (升华楼 415)	黄海舰	实验室仪器在运行却无人值守 (共性问题)

化学与化工学院 (升华楼 314)	谢建晖	 气瓶距离配电箱过近
资源与环境工程学院 (理化楼 321)	汪舒	 高压灭菌锅运行期间无人值守, 化学品试剂瓶直接放地面
电气与自动化工程学院 (电学平房东 2)	李红梅	 电动车在实验室内充电