

2025 年 4 月安全检查

地点	负责人	隐患描述
材料科学与工程学院 (化工楼 208)	汪嘉恒	 废弃物暂存区无标识，废液桶敞口放置，且废液暂存区设置于过道中间
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 配制试剂无品名标签
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 废液桶无废液标签，废弃物暂存区无标识
化学与化工学院 (升华楼 727)	殷俊	 实验室内物品堆放杂乱

化学与化工学院 (升华楼 710)	付明臣	 废液桶敞口放置
化学与化工学院 (升华楼 715)	郭振国	 部分钢气瓶无状态牌且未固定
化学与化工学院 (升华楼 715)	郭振国	 插线板串接且置于地面
机械工程学院 (格物楼 114)	闫东旭	 配电箱旁摆放钢气瓶
机械工程学院 (格物楼 114)	闫东旭	 配电箱缺失保护罩

机械工程学院 (格物楼 114)	闫东旭	 实验室安全信息牌未更新
机械工程学院 (格物楼 114)	闫东旭	 废弃物暂存区无标识
机械工程学院 (机械楼 115 西)	徐东镇	 插线板置于地面
机械工程学院 (机械楼 115 西)	徐东镇	 实验室卫生脏乱差
材料科学与工程学院 (材料楼 513)	陈雷	 试验台上存放矿泉水

材料科学与工程学院 (材料楼 505)	罗来马	 废弃物暂存区无标识
电气与自动化工程学院 (电学平房东 3)	万磊	 钢气瓶无状态牌
电气与自动化工程学院 (电学平房东 3)	万磊	 插线板未固定
食品与生物工程学院 (食品学科楼 803)	李兴江	 实验室用电不规范且实验室设备运行时无人值守
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1007)	陶晗	 高压灭菌锅使用者无特种设备操作证

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1007)	陶晗	 实验室安全信息牌未更新
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1111)	徐俊	 实验室安全信息牌未更新
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1107)	周贤轩	 实验室安全信息牌未更新
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1206)	何红波	 实验室安全信息牌未更新
电气与自动化工程学院 (高压楼 602)	李科杰	 插线板置地

电气与自动化工程学院
(高压楼 715)

还献华



插线板串接且置于地面