

2026年元旦前安全隐患整改

地点	负责人	隐患描述	是否整改	整改结果
管理学院 (工程管理与智能制造研究中心 1013-1016)	周开乐	 插线板置地	已整改	 已有效固定插线板
微电子学院 (翡翠科教楼 B 楼 B414)	张天畅	 饮料瓶没撕标签	已整改	 已清理
食品与生物工程学院 (食品学科楼 904)	王武	 实验室内办公区放置水杯	已整改	 已清理实验室内无关物品

食品与生物工程学院 (食品学科楼 904)	王武	<p>实验室内未专门划分废液区, 废液桶下无防渗漏托盘</p>	已整改	<p>实验室内已专门划分废液区, 废液桶下配备防渗漏托盘</p>
食品与生物工程学院(食品学科 楼 1001)	章建国	<p>观察窗遮挡</p>	已整改	<p>移去观察窗遮挡物品</p>
食品与生物工程学院(食品学科 楼 1003)	章建国	<p>危化品柜内有易制毒易制爆试剂, 未落实 双人双锁</p>	已整改	<p>已落实双人双锁</p>

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1012)	蔡皖豪	 密闭空间存放液氮未配置氧气传感器	已整改	 已配置氧气传感器
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1012)	蔡皖豪	 电源箱未关闭	已整改	 已关闭电源箱
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1005)	孙汉巨	 插线板直接放置于地面未固定	已整改	 插线板固定

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1009)	苏梦可	 密闭空间存放液氮未配置氧气传感器	已整改	 配置氧气传感器
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1109)	李宜明	  纸箱等杂物堆放杂乱	已整改	  已整理纸箱等杂物

食品与生物工程学院 (食品学科楼 1107)	周贤轩	 <p>试剂瓶无有效标识</p>	已整改	 <p>试剂瓶已张贴有效标识</p>
食品与生物工程学院 (食品学科楼 1103)	杨柳	 <p>配置溶液无有效标识</p>	已整改	 <p>试剂瓶张贴有效标识</p>
化学与化工学院 (升华楼 319 东)	胡阳光	 <p>试剂瓶叠放</p>	已整改	 <p>试剂瓶已按要求整理</p>

<p>化学与化工学院 (升华楼 423)</p>	<p>张大伟</p>	  <p>试剂瓶破损, 管控类药品未按要求管理</p>	<p>已整改</p>	  <p>已处理破损试剂瓶, 管控类药品已按要求管理</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 421)</p>	<p>刘春华</p>	 <p>观察窗被阻挡</p>	<p>已整改</p>	 <p>已移除观察窗阻挡物</p>

化学与化工学院 (升华楼 527)	郝文涛	 <p>配电箱下有杂物</p>	已整改	 <p>已清理配电箱下杂物</p>
化学与化工学院 (升华楼 629)	杨保俊	 <p>实验室门口有遮挡物，气体管道无标识</p>	已整改	 <p>已</p>  <p>已移去实验室门口遮挡物，气体管道已标识</p>
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 <p>配电箱旁有高温设备，高温设备旁边有杂物</p>	已整改	 <p>已移除配电箱旁高温设备，已移除旁边杂物</p> 

化学与化工学院
(升华楼 727)

朱元元



废弃化学品与生活垃圾混放, 管控类化学品放置在敞口的柜中





已整改



已清理废弃化学品, 管控类化学品按要求放置
在药品柜中

<p>化学与化工学院 (升华楼 712)</p>	<p>夏磊</p>   <p>废液渗漏, 矿泉水未撕标签</p>	<p>已整改</p>   <p>已放置废液防渗漏设备, 清理矿泉水瓶</p>
<p>化学与化工学院 (升华楼 719)</p>	<p>晋冠平</p>   <p>矿泉水桶未撕标签, 实验台面杂乱</p>	<p>已整改</p>   <p>矿泉水桶已撕标签, 实验台面已清理</p>

化学与化工学院 (升华楼 709 西)	李明明	 <p>废液放置在配电箱下, 废液和其他物品混放</p>	已整改	 <p>已移除配电箱下废液, 不混放废液与其他物品</p>
化学与化工学院 (升华楼 705 东)	朱成峰	 <p>通风橱杂乱, 接线板悬挂</p>	已整改	 <p>已清理通风橱, 固定接线板</p>
化学与化工学院 (综合楼 519)	刘超	 <p>仪器设备上及旁边堆满了杂物</p>	已整改	 <p>已清理仪器设备上及旁边杂物</p>

化学与化工学院 (综合楼 524)	刘超	 <p>配电箱旁边有高温设备，下面有杂物</p>	已整改	 <p>已移去配电箱旁高温设备，已清理杂物</p>
化学与化工学院 (综合楼 521)	刘超	   <p>配电箱旁边放衣服，管控类药品未按照要求管理</p>	已整改	   <p>已移除配电箱旁边衣服，管控类药品已按照要求管理</p>

食品与生物工程学院 (化工楼 301)	刘凤茹	 实验室阳台堆放易燃杂物,且有废试剂瓶	已整改	 已清理实验室阳台易燃杂物和废试剂瓶
化学与化工学院 (化学化工楼 108)	李伸杰	 实验室信息牌信息不完整	已整改	 实验室信息牌信息已补充完整
化学与化工学院 (化学化工楼 405)	陈汪超	 实验室安全信息牌信息不完整	已整改	 实验室安全信息牌信息已补充完整

化学与化工学院 (化学化工楼 503)	郭福领	 <p>电吹风使用完未拔</p>	已整改	 <p>已收起电吹风</p>
化学与化工学院 (化学化工楼 505)	张永亮	 <p>实验室安全信息牌信息不完整</p>	已整改	 <p>实验室安全信息牌信息已补充完整</p>
机械工程学院 (机械楼 115 西)	徐东镇	 <p>使用地插</p>	已整改	 <p>不使用地插</p>

电气与自动化工程学院
(电学平房电学平房 5)

徐晨曦



已整改



<p>电气与自动化工程学院 (电学平房电学平房 5)</p>	<p>徐晨曦</p>	   <p>插线板直接置于地面，气瓶管道未固定，气瓶距离空调电器过近，电表箱直接裸露且被遮挡，设备仪器电线杂乱，未设置废液暂存区，废液无标识</p>	<p>已整改</p>	   <p>插线板已固定，已固定气瓶管道，调整气瓶与空调电器的距离，不遮挡配电箱，已安装配电箱盖板，已整理电线，设置废液暂存区，废液粘贴标识</p>
------------------------------------	------------	---	------------	--


<p>材料科学与工程学院 (材料楼 S1(1))</p>	<p>孙毅</p>	 <p>气瓶未固定, 插排直接置于地面</p>	<p>已整改</p>	 <p>已有效固定气瓶, 固定插座</p>
<p>资源与环境工程学院 (纬地楼 主 217)</p>	<p>陈冬</p>	 <p>氧气瓶与配电箱距离过近, 安全距离小于5米</p>	<p>已整改</p>	 <p>氧气瓶与配电箱保持安全距离, 不小于5米, 有专人管理和记录</p>



资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 102)	陈彤	 <p>违规晾晒私人物品（墙面悬挂衣物、毛巾），地面堆放杂物</p>	已整改	 <p>移除晾晒私人物品（墙面悬挂衣物、毛巾），清理实验室内杂物，保持环境卫生</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 101 内)	徐利强	 <p>插线板直接放置在易燃纸箱表面，且线路布置杂乱</p>	已整改	 <p>将插线板背面的易燃纸箱移除，有效固定插线板，线路布局合理</p>
资源与环境工程学院 (理化楼 318)	李湘凌	 <p>管控类化学品未建立使用领取台账</p>	已整改	 <p>管控类化学品已建立领取使用台账</p>

土木与水利工程学院 (土木楼 207)	陈清	 <p>化学试剂柜的锁具未发挥应有功能,不具备防盗能力</p>	已整改	 <p>更换试剂柜的锁具,已具备防盗功能 2026.01.15 17:52</p>
土木与水利工程学院 (土木楼 207)	陈清	 <p>插线板属于老国标</p>	已整改	 <p>更换新国标插线板 2026.01.15 17:10</p>
土木与水利工程学院 (土木楼 201A)	王文静	 <p>实验室内存有大量气瓶,未安装气体泄漏报警装置</p>	整改中	 <p>开会确定配备气体泄漏报警装置 2026.01.07 17:12</p>

<p>土木与水利工程学院 (土木楼 101A)</p>	<p>陈清</p>	 <p>物品未及时归位</p>	<p>已整改</p>	 <p>实验结束后物品已及时归位，剪刀等利器已及时放到收纳盒中</p>
<p>土木与水利工程学院 (土木楼 104)</p>	<p>王文静</p>	  <p>配电箱保护盖缺失</p>	<p>已整改</p>	 <p>配电箱配备新的保护盖</p>

土木与水利工程学院 (土木楼 106)	王文静	 <p>急救药箱中的药品已过期</p>	已整改	 <p>已更换急救箱中的药品</p>
土木与水利工程学院 (土木楼 105)	王文静	 <p>插线板悬挂在设备旁, 未有效固定</p>	已整改	 <p>有效固定插线板</p>
资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 201-1)	李云霞	 <p>配电箱下面作为废液暂存区, 配电箱下面不能摆放易燃物品 (纸箱)</p>	已整改	 <p>配电箱下的危废暂存区已清理, 已清理易燃物品等</p>

<p>资源与环境工程学院 (纬地楼北附楼附 201-1)</p>	<p>李云霞</p>	 <p>高压灭菌锅未张贴操作规程</p>	<p>已整改</p>	 <p>高压灭菌锅已张贴操作规程</p>
<p>资源与环境工程学院 (纬地楼 主 318)</p>	<p>汪方跃</p>	 <p>试剂瓶标签破损</p>	<p>已整改</p>	 <p>试剂瓶重新张贴标签</p>

<p>土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 206)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>危化品记录台账已过期</p>	<p>已整改</p>	 <p>及时更新危险化学品台账</p>
<p>土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 206)</p>	<p>赵卫平</p>	 <p>危废暂存区无警示线, 未张贴标识, 废液桶下面无防渗漏托盘, 废液桶未张贴废液标签</p>	<p>已整改</p>	 <p>危废暂存区地面张贴警示线, 墙上张贴废物暂存区标识, 废液桶下面加装防渗漏托盘, 废液桶张贴废液标签</p>

土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 206)	赵卫平	 <p>试剂瓶叠放</p>	已整改	 <p>玻璃试剂瓶已有序摆放</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 210)	赵卫平	 <p>配电箱保护盖缺失</p>	已整改	 <p>配电箱已加装保护盖</p>
土木与水利工程学院 (建筑结构实验室建材 107)	赵卫平	 <p>实验室内物品堆放杂乱</p>	已整改	 <p>清除实验室内的废弃物，保持实验室卫生</p>

仪器科学与光电工程学院
(逸夫科教楼 1305)

胡雪峰



逃生通道门被阻挡, 电表箱附近堆放大量
易燃物, 气瓶未固定



已整改



保持逃生通道门畅通, 清理电表箱附近易燃物,
固定气瓶



仪器科学与光电工程学院 (逸夫科教楼 1302)	吕梅	  <p>电表箱下堆放较多物品，气瓶管道未固定且管道老化</p>	已整改	  <p>已清理电表箱下物品，已有效固定气瓶管道并及时更新管道</p>
-----------------------------	----	--	-----	---

仪器科学与光电工程学院
(逸夫科教楼 1219-1)


钱金贵




逃生门被遮挡，使用地面插座，灭火器过期未更新





已整改



保持逃生门畅通，不使用地面插座，及时更新灭火器



仪器科学与光电工程学院 (科技楼 136)	李瑞君	 <p>消防栓被物品遮挡</p>	已整改	 <p>移除消防栓遮挡物品</p>
仪器科学与光电工程学院 (科技楼 136)	李瑞君	 <p>物品使用完毕后未归位, 桌面卫生欠佳</p>	已整改	 <p>物品使用完毕后及时归位, 桌面保持干净卫生</p>
仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)	黄强先	 <p>存储试剂的试剂瓶未撕掉原标签, 无试剂品名标签</p>	已整改	 <p>存储试剂的试剂瓶已撕掉原标签, 重新张贴新的试剂品名标签</p>

仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)	黄强先	 <p>实验台上物品摆放杂乱, 利器未收纳到利器盒中</p>	已整改	 <p>桌面已清理, 利器已放入利器盒中收集</p>
仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)	黄强先	 <p>插线板放置于易燃物品(纸张)上面, 插线板属于老国标</p>	已整改	 <p>已清理插线板</p>
仪器科学与光电工程学院 (科技楼 128)	黄强先	 <p>易制毒化学品(丙酮)未按照要求进行储存</p>	已整改	 <p>管控类化学品已按照要求存放</p>