

2024 年 9 月安全检查

单位（地点）	负责人	隐患描述
汽车与交通工程学院 (格物楼 111 北)	姜俊昭	 通道堆放仪器
汽车与交通工程学院 (格物楼 111 北)	姜俊昭	 插线板串接
仪器科学与光电工程学院 (文法学院楼 2 楼 206)	张阳	 通往实验室顶部的攀爬架，攀爬时危险性大
材料科学与工程学院 (材料楼 N215)	蒋阳	 电吹风用毕未及时拔除电源

材料科学与工程学院 (材料楼 N213)	蒋阳	 插线板串接
材料科学与工程学院 (材料楼 N214)	蒋阳	 电源插座未有效固定
材料科学与工程学院 (材料楼 N214)	蒋阳	 呼吸器不用时未密封放置
材料科学与工程学院 (材料楼 N204)	陈鹏起	 供气管道没有名称标识

材料科学与工程学院(材料楼 N204)	陈鹏起	 部分气瓶无状态牌
材料科学与工程学院 (材料楼 S2(3))	张学斌	 气瓶未固定
材料科学与工程学院 (材料楼 N1(2))	杨新宇	 电吹风用毕未及时拔除电源
材料科学与工程学院 (材料楼 N1(2))	杨新宇	 灭火器放置位置不易拿取

电气与自动化工程学院 (高压楼 603)	李科杰	 插线板串接；插线板置于地面
电气与自动化工程学院 (高压楼 703)	还献华	 废液桶敞口放置，部分废液桶未配备防遗洒、防渗漏设施
食品与生物工程学院 (食品学科楼 907)	周存六	 实验室存放杂物过多
化学与化工学院 (升华楼 703)	吴祥	 标识遮挡高温设备观察窗

化学与化工学院 (升华楼 511)	姚路路	 废液无防渗漏托盘
化学与化工学院 (升华楼 503)	姚路路	 加热设备离配电箱太近
化学与化工学院 (升华楼 503)	姚路路	 配电箱被遮挡
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 727)	陈天虎	 插线板未固定
资源与环境工程学院 (纬地楼 主 727)	陈天虎	 气瓶未固定