



2026 年中秋节、国庆节实验室安全隐患整改

单位（地点）	负责人	隐患描述	整改结果	整改措施（计划）
化学与化工学院 (升华楼 631)	张旭	 电吹风用完不拔	已整改	 电吹风用完已拔
化学与化工学院 (升华楼 709 东)	冯乙巳	   气路接口没有夹子，废弃物暂存区放气瓶，高温设备旁放废弃物	已整改	   路接口已掐上夹子，已移开废弃物暂存区的气瓶，移走了高温设备旁放废弃物

材料科学与工程学院 (斛兵楼 111)	樊江涛	 试剂柜钥匙未拔，未落实上锁管理	已整改	 试剂取用完毕及时归柜上锁，并拔出钥匙由专人妥善保管
资源与环境工程学院 斛兵楼 (407)	陈星	 插线板置地，未有效固定	已整改	 已有效固定插线板
资源与环境工程学院 斛兵楼 (204)	陈星	 实验室观察窗被物品遮挡	已整改	 移除观察窗上面的遮挡物
材料科学与工程学院 (斛兵楼 109)	郭晓杰	 该实验室高温炉 24 小时连续运行，未安装视频监控；高温设备未张贴操作规程和警示标识等	已整改	   实验室内已安装监控，已张贴警示标识和操作规程